

Zeichengenehmigungs-Ausweis der VDE-Prüfstelle

Nr 37236

G Blatt 1

VDE-Prüfstelle, Merianstraße 29, D-6050 Offenbach

Nur gültig mit
unveränderten Bedingungen

Name und Sitz des Zeichengenehmigungswahrs

3M Deutschland, Hansastr. 9, 4040 Neuss

Fertigungsstätte

-AE- W. Sedlbauer, Wittelsbacher Str. 2, 8352 Grafenau

Zeichen des Antragstellers

Antragdatum

Abkürzung

Ausstellungsdatum

Kau

07.02.1984

2890-1003
SL36.4-~~1003~~ Eh/Za/b

7.12.1984

Blatt 1

VDE-Zeichen:



Bezeichnung:

Geprüft nach DIN IEC 601 Teil 1/VDE 0750 Teil 1/05.82

Lichtquelle zur Aushärtung von Kompositen

Bezeichnung: Modell 5520 BH
Nennspannung: AC 220 V
Nennstrom: 0,62 A
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzmaßnahme: Schutzklasse II
Schutzart: abgedeckte Ausführung
Als Einzelteil geprüft: Einbautransformator 852988 für Geräte
Typ 5520 BH 3M/St. Paul

Weitere Angaben vergleiche Anlagen Nr. 1 und 2

VDE-Prüfstelle
Abt. TO

i:A...
[Handwritten Signature]

Die VDE-Prüfstelle als vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung durch Rechtsverordnung bestimmte Prüfstelle für Gerätesicherheit bestätigt, daß sie im Gerätesicherheitsgesetz gestellten Anforderungen von den aufgeführten Geräten erfüllt werden. Soll diese Gesetzeskonformität kundlich gemacht werden, besonders beim Inverkehrbringen der Geräte in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West, so wird das VDE-Zeichen als Verbandszeichen des VDE und Sicherheitszeichen für elektrotechnische Erzeugnisse auch in Verbindung mit dem

