

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. J1336

Visti i rapporti di prova n. 10A0576 - 10A0691
si dichiara che il seguente prodotto:

LAMPADA POLIMERIZZANTE (Apparecchi per uso odontoiatrico)

della Ditta: 3M ITALIA S.p.A. - SS 87 km 20.700 - SAN MARCO EVANGELISTA (CE)
costruito nello stabilimento di: GRAFENAU (D) della ditta SEDLBAUER AG
delle seguenti caratteristiche e provvisto dei componenti di cui in allegato:


Marca:	3M
Modelli:	5520 AR 5520 ARW
Riferimento di tipo:	XL 1000
Tensione nominale:	220 V ~
Frequenza nominale:	50/60 Hz
Corrente nominale:	0,62 A
Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti:	Classe II
Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti:	tipo BF
Modalità di impiego:	funzionamento continuo con carico intermittente 3 min/15 min
Grado di protezione contro l'umidità:	comune

e' stato riconosciuto conforme alle Norme CEI 62-5/1ª Ed. 1980 + Var. VI/1986
(HD 395.1 S2).

Come da contratto n. 1010MITA ed in base al Regolamento dell'Istituto per la
concessione dell'uso del marchio IMQ nel caso di Apparecchi Elettromedicali
questa approvazione autorizza ad apporre sui prodotti conformi ai prototipi
approvati il previsto contrassegno del marchio IMQ. (*)

La presente dichiarazione potrà venire annullata secondo quanto precisato nel su
accennato Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso del
Marchio.

(*)



IMQ
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

Antonio Scola

Data prima emissione: 29 novembre 1991

Data di aggiornamento: 9 luglio 1993

N. mod. 1

La presente DAT annulla e sostituisce
la precedente n. J1336 del 29.11.1991



mod. 285
COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO
DEVE ESSERE CONSERVATO
PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE

MEMMEQU (HAR)